

Број: 17/1- VII - 21
Датум: 03.12.2015.

О Д Г О В О Р

Наручиоца у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у вези захтева за додатним информацијама и појашњењима који се односе на јавну набавку под редним бројем ОП VII /2015

Питање бр.1: С обзиром на ваш одговор на питања од 25.11.2015.године, да ли је прихватљиво понудити роторе са носачима за епрувете максималног промера 17мм у основи и 19мм на чепу и дужине 80 до 105 мм?

Одговор бр.1: Прихватљиво је понудити роторе са носачима за епрувете максималног промера 17мм у основи и 19мм на чепу и дужине минимум 105мм.

Питање бр.2: Да ли је прихватљиво понудити ултра замрзивач запремине 455л, с обзиром да превазилази тражену запремину за само 1,1% ?

Одговор бр.2: Није прихватљиво. Наручилац остаје при свом захтеву из Конкурсне документације.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Доц. др. Мирјана Шефик Букилица