

**ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ**

Број: 17/1 - V - 11

Датум: 12.11.2015.године

Београд, Ресавска 69

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

**ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ**

11000 Београд, Ресавска 69

објављује

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**

о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда  
у отвореном поступку  
јавне набавке редни број ОП V/2015

Измена и допуна конкурсне документације односи се на:

У пријавном обрасцу (12) – Спецификација доабара, мења се текст и гласи:

" Болнички кревети

**Болнички кревет са подизањем узглавља и узножја**

Димензија кревета: 205x90cm-52 cm

Лежећа површина душека је 52 cm од пода, за душек димензије 200x90 cm

Конструкција је израђена од металних профила различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом у боји по избору Наручиоца.

Лежећа површина се састоји из четири сегмента израђених од укрштене жице или мреже са окцима 40x40mm, 40x60 mm или 50x50 mm, не већа од 60x60 у раму цеви, завршно заштићених пластификацијом.

Чеоне стране су израђене од универа у раму од цеви.

Подизање узглавља и узножја под свим угловима се врши помоћу навојног вретена или потезне полуге.

Горњи и доњи трап кревета су засебне јединице тако да су ноге кревета чеоно и бочно увучене или у нивоу кревета.

**Болнички кревет са подизањем узглавља и узножја, точковима и обостраним сигурносним металним оградама**

Димензија кревета: 205x90cm-52 cm;

Лежећа површина душека је 52 cm од пода, за душек димензије 200x90 cm;

Конструкције је израђена од металних профила различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом у боји по избору Наручиоца.

Лежећа површина се састоји из четири сегмента израђених од укрштене жице или мреже са окцима 40x40мм, 40x60 мм или 50x50 мм, не већа од 60x60 у раму цеви, завршно заштићених пластификацијом.

Чеоне стране су израђене од универа у раму од цеви.

Подизање узглавља и узножја под свим угловима се врши помоћу навојног вретена или потезне полуге.

Горњи и доњи трап кревета су засебне јединице тако да су ноге кревета чеоно и бочно увучене или у нивоу кревета.

Сигурносне ограде су израђене од челичних профила завршно заштићене пластификацијом, од ABS пластике или пропилена са могућношћу спуштања.

Кревет је постављен не четири точка са кочницом  $\varnothing$  125.

У складу са горе наведеним мења се конкурсна документација и то:

1. У упутству понуђачима како да сачине понуду мења се:

**Тачка 21. Подаци о обавезној садржини понуде и начину достављања понуде**

**Тачка 22. Јавно отварање понуда**

2. У пријавном обрасцу (12) – Спецификација доабара мења се:

#### **Болнички кревет са подизањем узглавља и узножја**

Димензија кревета: 205x90цм-52 цм

Лежећа површина душека је 52 цм од пода, за душек димензије 200x90 цм

Конструкција је израђена од металних профила различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом у боји по избору Наручиоца.

Лежећа површина се састоји из четири сегмента израђених од укрштене жице или мреже са окцима 40x40мм, 40x60 мм или 50x50 мм, не већа од 60x60 у раму цеви, завршно заштићених пластификацијом.

Чеоне стране су израђене од универа у раму од цеви.

Подизање узглавља и узножја под свим угловима се врши помоћу навојног вретена или потезне полуге.

Горњи и доњи трап кревета су засебне јединице тако да су ноге кревета чеоно и бочно увучене или у нивоу кревета.

#### **Болнички кревет са подизањем узглавља и узножја, точковима и обостраним сигурносним металним оградама**

Димензија кревета: 205x90цм-52 цм;

Лежећа површина душека је 52 цм од пода, за душек димензије 200x90 цм;

Конструкције је израђена од металних профила различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом у боји по избору Наручиоца.

Лежећа површина се састоји из четири сегмента израђених од укрштене жице или мреже са окцима 40x40мм, 40x60 мм или 50x50 мм, не већа од 60x60 у раму цеви, завршно заштићених пластификацијом.

Чеоне стране су израђене од универа у раму од цеви.

Подизање узглавља и узножја под свим угловима се врши помоћу навојног вретена или потезне полуге.

Горњи и доњи трап кревета су засебне јединице тако да су ноге кревета чеоно и бочно увучене или у нивоу кревета.

Сигурносне ограде су израђене од челичних профила завршно заштићене пластификацијом, од ABS пластике или пропилена са могућношћу спуштања.

Кревет је постављен на четири точка са кочницом  $\varnothing$  125.

Продужава се рок за достављање понуда за јавну набавку у отвореном поступку редни број ОП V/2015 за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки и интернет старници Института 21.10.2015. године због измене и допуне конкурсне документације.

Последњи дан за подношење понуда је **понедељак 23.11.2015. године, до 09,30 часова.**

Јавно отварање понуда обавиће се **комисијски у понедељак 23.11.2015. године у 10,00 часова у просторијама Института за реуматологију.**

