

Број: 17/1-V- 8
Датум: 06.11.2015.

О Д Г О В О Р

Наручиоца у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у вези захтева за додатним информацијама и појашњењима који се односе на јавну набавку под редним бројем ОП V/2015

Питање бр.1. Да ли је могуће понудити кревете са горњим и доњим трапом код којих су ноге у нивоу ивица кревета?

Наручилац сматра да је безбедност пацијената већа уколико су ноге кревета увучене, али ће узети у разматрање и понуду са креветима чије су ноге у нивоу ивица кревета.

Напомињемо да је један од додатних услова достава оригиналног проспекта понуђеног добра или произвођачка спецификација понуђеног добра (на српском) са означеним, маркираним/ подвученим карактеристикама.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Светлана Зековић